



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ)โทร.๐.๓๗๔๒.๕๑๔๑-๔.ต่อ.๓๐๕

ที่ สก.๐๐๓๒.๐๐๗/๑๙๐.....วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐.....

เรื่อง.....สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาล

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ออกตรวจประเมินคุณภาพระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลทุกแห่ง ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยดำเนินการตามมาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๙ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑.โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ๒.โรงพยาบาลวัฒนานคร มาตรฐาน LA จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอรัญประเทศ และโรงพยาบาลคลองหาด และมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑.โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ๒.โรงพยาบาลตาพระยา ๓.โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ๔.โรงพยาบาลโคกสูง

### ๒. ข้อเท็จจริง

ผลการตรวจประเมินคุณภาพระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลทุกแห่ง พบว่า

#### ๒.๑ ผลการประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ

๑) มาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๙ ผ่านเกณฑ์จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ๒.โรงพยาบาลวัฒนานคร **รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑**

๒) มาตรฐาน LA ไม่ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอรัญประเทศ และโรงพยาบาลคลองหาด (เนื่องจากไม่มีเอกสารเชิงประจักษ์ และไม่ปัจจุบัน) **รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒**

๓) มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ และไม่ผ่านมาตรฐาน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑.โรงพยาบาลตาพระยา ๒.โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ๓.โรงพยาบาลโคกสูง (เนื่องจากไม่มีเอกสารเชิงประจักษ์ และไม่ปัจจุบัน) **รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓**

#### ๒.๒ โอกาสการพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัด

๑) จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะทำให้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินภายในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีผู้ผ่านการอบรมฯ จำนวน ๔ คน

๒) การสอบเทียบเครื่องมือของทุกโรงพยาบาล ควรมีการทำแผนการสอบเทียบภาพรวมจังหวัด ดำเนินการโดยภาคเอกชน เนื่องจากอุปกรณ์สอบเทียบตามแผนของโรงพยาบาลทั้งหมด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี ทำการสอบเทียบ เฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นของโรงพยาบาลเท่านั้น และรวมถึงขาดการสอบเทียบ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย

### ๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เห็นควรแจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาประเด็นส่วนขาด ตามมาตรฐานคุณภาพระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และจัดทำแผนพัฒนาฯภาพรวมของจังหวัดในรอบปีต่อไป

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐกริช โกมลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ)โทร.๐.๓๗๔๒.๕๑๔๑-๔ ต่อ.๓๐๕

ที่ สก.๐๐๓๒.๐๐๗/.....วันที่.....มิถุนายน ๒๕๖๐.....

เรื่อง.....สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพรังสีวินิจฉัย(X-ray) โรงพยาบาล

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบรังสีวินิจฉัย (X-ray) โรงพยาบาล จังหวัดสระแก้ว ได้ออกตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบรังสีวินิจฉัย(X-ray) ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบรังสีวินิจฉัย(X-ray) ของโรงพยาบาลทุกแห่งพบว่า

๒.๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ๒.โรงพยาบาลคลองหาด ๓.โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ๔.โรงพยาบาลวัฒนานคร และ ๕.โรงพยาบาลวังน้ำเย็น รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

๒.๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐประเทศ ไม่มีรังสีแพทย์ ส่วนโรงพยาบาลตาพระยา โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ และโรงพยาบาลโคกสูง ไม่มีนักรังสีการแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒

### ๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เห็นควรแจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาประเด็นส่วนขาด ตามมาตรฐานคุณภาพระบบรังสีวินิจฉัย(X-ray) โรงพยาบาล และจัดทำแผนพัฒนาภาพรวมของจังหวัดในรอบปีต่อไป

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐกริช โกมลศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ